

甘肃省污染物在线自动监控设施异常情况申报表

申报单位名称：甘肃刘化(集团)有限责任公司

自动监控现场端名称	1#、2#锅炉在线仪	污染物类别	颗粒物、NO _x 、SO ₂
发生异常情况日期	1#、2#锅炉在线仪 2024年10月10日 12:00-13:00		
异常情况现象及原因	动力厂 1#、2#锅炉在线仪 2024年10月10日 12:00-13:00 监测折算数据异常，原因：第三方运维人员对锅炉烟气设备进行零气校准和标气校准。更换在线设备采样滤芯，清扫采样探头。造成监测折算数据异常。		

填表人：田燕琳

审核人：

申报日期：2024年10月11日

负责监管环境监察机构复核意见：



复核人：

审核人：

审批日期 2024年 10月 11日

市\州环境监察机构意见：

负责人：

日期： 年 月 日

完全抽取法 CEMS 日常巡检记录表

巡检内容及处理说明

巡检日期: 2024年 0月 0日

项目	内容	维护情况	备注				
基础	查询日志 (1)	✓					
	检查耗材 (1)	✓					
站房检查	站房卫生 (1)	✓					
	站房门窗的密封性检查 (1)	✓					
	供电系统 (稳压、UPS 等) (1)	✓					
	室内温湿度 (1)	✓					
	空调 (1)	✓					
	空气压缩机压力 (1)	✓					
	压缩机排水 (1)	✓					
	采样系统检查	采样管路气密性检查 (3)	✓	设备零气标准和标气校准, 更换采样滤芯.			
清洗采样探头、过滤装置、采样泵 (3)		✓					
探头、管路加热温度检查 (1)		✓					
采样系统流量 (1)		✓					
反吹过滤装置、阀门检查 (1)		✓					
手动反吹检查 (1)		✓					
采样泵流量 (1)		✓					
致冷器温度 (1)		✓					
排水系统、管路冷凝水检查 (1)		✓					
空气过滤器 (1)		✓					
标气有效期、钢瓶压力检查 (1)		✓					
烟气分析仪状态检查 (1)		✓					
烟气分析仪校准 (1)		✓					
测量数据检查 (1)		✓					
全系统校准 (4)		✗					
系统校验 (5)	✓						
颗粒物监测设备检查	鼓风机, 空气过滤器检查 (3)	✓					
	分析仪的光路检查、清洗 (3)	✓					
	监测数据检查 (1)	✓					
	校准 (2)	✓					
流速监测系统检查	探头检查 (4)	✓					
	反吹装置 (3)	✓					
	测量传感器 (3)	✓					
	流速、流量、烟道压力测量数据 (1)	✓					
其它烟气监测参数	氧含量测量数据 (1)	✓					
	温度测量数据 (1)	✓					
	湿度测量数据 (1)	✓					
数据传输装置	通信线的连接 (1)	✓					
	传输设备电源 (1)	✓					
异常情况处理记录	设备校准期间有数据异常 (12:00 - 13:30)						
进站时间	12:00	离站时间	13:40	巡检人员	王树	企业环保专工	何永军